



Выявление и количественное определение нуклеиновых кислот
вирусов гепатита В и С методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наборы реагентов	Чувствительность выявляемых показателей				
	ПРОБА-НК-УЛЬТРА			ПРОБА-МЧ-ЛАЙТ	
Минимальный объем исходного образца	250 мкл	500 мкл	1000 мкл	100 мкл	250 мкл
HBV РУ № РЗН 2025/26077 HBV Количественный РУ № РЗН 2025/26078	15 МЕ/мл	5 МЕ/мл	4 МЕ/мл	40 МЕ/мл	15 МЕ/мл
HCV РУ № РЗН 2022/18157 HCV Количественный РУ № РЗН 2022/17614	50 МЕ/мл	15 МЕ/мл	10 МЕ/мл	80 МЕ/мл	50 МЕ/мл

Совместимость с оборудованием:

Выделение ДНК/РНК: KingFisher Flex 96, Auto-Pure 96

Амплификация: амплификаторы серии ДТ (ДНК-Технология), CFX96 (Bio-Rad Laboratories), Applied Biosystems QuantStudio 5 (Life Technologies Holdings Pte. Ltd)



от 3,5 часов,
включая пробоподготовку

Высокая скорость
проведения исследования



Биоматериал:
Сыворотка/плазма крови

 Наборы реагентов для пробоподготовки	ПРОБА-НК-УЛЬТРА	ПРОБА-МЧ-ЛАЙТ
 Биоматериал	Сыворотка/плазма крови	Сыворотка/плазма крови
 Метод	Спиртовая преципитация	Магнитная сорбция
 Варианты исполнения	N (нераскапанный формат для выделения НК вручную)	■ N (нераскапанный формат для выделения НК вручную) ■ P1 (глубоколуночные планшеты для автоматического выделения НК) ■ P2 (глубоколуночные планшеты, гребенка, планшеты и пленка для автоматического выделения НК)
 Время проведения выделения НК	От 1 ч	От 40 мин
 Количество исследуемых образцов	100	96
 Условия хранения компонентов	От +2°C до +25°C	Часть 1: от +2°C до +25°C Часть 2: от -18°C до -22°C



Специализированное ПО ДТмастер — автоматическая интерпретация результатов и формирование бланка ответа



dna-technology.ru



hotline@dna-technology.ru



+7 (495) 640-17-71



8 800 200-75-15



учёт склада